

Kúpna zmluva č. Z201923267_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Oravská poliklinika Námestovo
Sídlo: Červeného kríža 62/30, 02901 Námestovo, Slovenská republika
IČO: 00634875
DIČ: 2020573434
IČ DPH: SK 2020573434
Číslo účtu: SK7081800000007000481061
Telefón: +421435503104

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TYREX - Xray, s.r.o.
Sídlo: J. Zemana 99/3141, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36342181
DIČ: 2021941009
IČ DPH: SK2021941009
Číslo účtu: SK6309000000000273446622
Telefón: 0907887766

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Digitálny röntgen prístroj
Kľúčové slová: Digitálny, röntgen
CPV: 33111000-1 - Röntgenové prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Digitálny röntgen prístroj

Funkcia				
Röntgenový prístroj s digitálnym spracovaním obrazu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet detektorov - káblové pripojenie	ks	2 (v stole aj stenovom statíve)		
Rozmer aktívnej plochy detektora (výška x šírka)	cm	42x 42 cm		
Rozlíšenie veľkosť bodu a počet bodov	µm		140 µm	
Rozlíšenie zobrazovacieho systému pri vysokom kontraste	lp/mm	3,5		
Rozlíšenie – rozsah šedi	bit	14		
Čas zobrazenia snímky po expozícii	s		6	
Výstupný výkon generátora	kW	50		
Rozsah kV pri 1 kV krokoch	kV	40 - 150		
Rozsah nastavenia mAs	mAs	0,5 - 500	600	
Veľkosť malého ohniska	mm		0,6	

Veľkosť veľkého ohniska	mm		1,2	
Tepelná kapacita anódy	kHU	300		
Pozdĺžny posuv statívu RTG žiariča pri montáži na podlahu	cm	200		
Vertikálny posuv ohniska RTG žiariča od podlahy	cm	45	190	
Laterálny posuv ramena RTG žiariča	cm	± 10 cm		
Rotácia RTG žiariča okolo horizontálnej osi ramena	° (stupeň)	+/- 130°		
Rozmer dosky stola (dĺžka x šírka)	cm	210 x 80		
Rozsah motorického nastavenia výšky stola	cm	25		
Posuv dosky v pozdĺžnom smere	cm	± 50 cm		
Posuv dosky v transversálnom smere	cm	± 12 cm		
Rozsah posuvu stredu detektoru od podlahy v stenovom statíve	cm	45 -180		
VN káble	m	12		
Mriežky pri motorickej clone	lp/cm	40/80		
Zaťaženie patientskeho stôla - (fixný elevačný)	kg	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ detektora s Csl scintilátorom	vyžaduje sa			
Pevne zabudované detektory	vyžaduje sa			
Stenový statív s funkciou mechanického nakláňania detektora min. (+30/-90)° stupňov	vyžaduje sa			
RTG žiarič s výkonom zodpovedajúcim výkonu RTG generátora, v prípade nízkootáčkovej rentgenky dodať LSS brzdu	vyžaduje sa			
Bucky clona v stenovom statíve aj v stole	vyžaduje sa			
Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u (DAP)	vyžaduje sa			
Zabudované laserové zameriavanie - kolimačné LED svetlo a pásmové meradlo	vyžaduje sa			
Expozičná automatika s komôrkami v stole i v stenovom statíve	vyžaduje sa			
Platný ŠUKL kód prístroja	vyžaduje sa			
Súlad s ustanovením § 115 ods. 5 a ods. 11 zákona 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vykonávacej vyhlášky § 3 ods.4 vyhlášky MZ SR 101/2018 Z.z	vyžaduje sa			
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia na konkrétny röntgenový systém. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR	vyžaduje sa			
Operačný systém Windows alebo Linux	vyžaduje sa			
Zabudovaná CD/DVD RW mechanika a USB rozhranie	vyžaduje sa			
Hard disk minimálne 500 GB	vyžaduje sa			
Pamäť RAM Windows minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB	vyžaduje sa			
DICOM verzia 3.00 alebo novšia	vyžaduje sa			
DICOM funkcie- Storage , Query, Worklist, Retrieve, Commitment, MPPS	vyžaduje sa			
Monitor akvizičnej stanice s rozmerom minimálne 23 palcov, s rozlíšením minimálne 1.3 MP	vyžaduje sa			
Zobrazenie hodnoty ROI v cm pre výpočet plochy ožiareného objektu	vyžaduje sa			
Ovládanie generátora integrované do akvizičnej stanice	vyžaduje sa			

Kompletné vytvorenie orgánoprogramov	vyžaduje sa
UPC záložný zdroj 500W	vyžaduje sa
Akustické dorozumievacie zariadenie	vyžaduje sa
Svetelné návestidlá 2 ks	vyžaduje sa
Postprocesing	vyžaduje sa
Manuálny stitching funkcie	vyžaduje sa
Rozvádzač k rtg. podľa platnej legislatívy	vyžaduje sa
Odborná skúška zariadenia	vyžaduje sa
Ochranná záštera pre pacientov veľkosť L, Ekv. Pb. 0,5 mm	vyžaduje sa
Ochranné rukavice Ekv. Pb. 0,5 mm	vyžaduje sa
Gonádové krytie - sada	vyžaduje sa
Ochranný golier Ekv. Pb. 0,5 mm	vyžaduje sa
Pripojenie prístroja do PACS a aktivácia Worklistu v rtg. prístroji. (Obstarávateľ zabezpečí spoluprácu s prevádzkovateľom software, zakúpenie prístupov pre modalitu, prípravu Worklistu medzi PACS a NIS)	vyžaduje sa
Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty:- kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách- kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov- kontrola konektorových spojení- kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie- kontrola mechanických.	vyžaduje sa
Predložiť referencie o min. troch inštalovaných systémoch na Slovensku od ponúkaného výrobcu v období troch rokov spätne. Žiadame uviesť názov prevádzkovateľa, výrobcu systému, rok inštalácie, telefón, mail. kontakt a meno odborného zástupcu prevádzkovateľa.	vyžaduje sa

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi tovar podľa všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie uvedenej v tejto zmluve, previesť na objednávateľa vlastnícke právo k tovaru a záväzok objednávateľa tovar prevziať a zaplatiť za neho dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu, a to za podmienok podľa tejto zmluvy.
Tovarom pre účely tejto zmluvy je zdravotnícky prístroj -Digitálny röntgen prístroj, špecifikácia je uvedená vo všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácii tejto zmluvy (ďalej len "prístroj").
Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou prístroja predložiť Položkový rozpočet predmetu zmluvy
Ceny uvedené v rozpočte sú uvedené v eurách (€), bez DPH, s DPH vo výške podľa platných právnych predpisov v čase uzatvorenia zmluvy, vrátane colných sadzieb, poistného, nákladov na dopravu tovaru do miesta plnenia podľa požiadaviek objednávateľa a všetkých ďalších nákladov dodávateľa súvisiacich s obstaraním dokumentov súvisiacich s predmetom plnenia a/alebo s riadnym plnením predmetu tejto zmluvy.
Dodávateľ je povinný dopraviť prístroj na miesto dodania na vlastné náklady. Miestom dodania je pracovisko objednávateľa.
Dodávateľ je povinný spolu so prístrojom dodať kompletnú sprievodnú dokumentáciu, ktorá musí obsahovať najmä návod na obsluhu prístroja v slovenskom jazyku.
Dodávateľ po dodaní prístroj inštaluje, odskúša a uvedie do prevádzky v mieste plnenia. Následne vyhotoví Preberací protokol a Inštalačný protokol. Prístroj sa považuje za prevzatý objednávateľom podpisom Preberacieho protokolu a Inštalačného protokolu. Inštalačný protokol sa samostatne nevyhotovuje, ak je súčasťou Preberacieho protokolu
Dodávateľ zaškolí na obsluhu prístroja príslušný personál objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia prístroja objednávateľom (od podpisu Preberacieho protokolu a Inštalačného protokolu)

Prístroj musí byť dodávateľom dodaný nový, nepoužívaný, nerepasovaný a kompletný. Objednávateľ je oprávnený neprevziať prístroj dodaný po častiach.
Prístroj sa považuje za riadne dodaný ak je dodávateľom dodaný v súlade s jeho špecifikáciou uvedenou v zmluve, podmienkami dodania podľa tejto zmluvy, spolu s príslušnou dokumentáciou, bol podpísaný Preberací protokol a Inštalačný protokol a Protokol o zaškolení personálu na obsluhu (s menným zoznamom zaškolených osôb a ich podpismi).
Lehota plnenia zmluvy (dodania prístroja) je 10 týždňov.
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom dodaní prístroja
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a cenu vrátane DPH.
V prípade, ak objednávateľom požadované doklady nebudú dodávateľom doručené alebo nebudú doručené v stanovenom termíne, objednávateľ považuje toto porušenie povinností dodávateľa za podstatné a je oprávnený ukončiť s dodávateľom zmluvný vzťah z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa. Tiež je oprávnený vydať dodávateľovi negatívnu referenciu v systéme EKS.
Dodávateľ je povinný zariadenie dodať v lehote plnenia zmluvy. Presný dátum a čas prevzatia zariadenia si zmluvné strany dohodnú najmenej 2 pracovné dni vopred elektronicky, kontaktovaním Objednávateľa v čase od 8.00 do 15.00 hod.
V prípade, že podmienkou riadneho dodania prístroja je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa musí dodávateľ požiadavku súčinnosti presne zadefinovať najneskôr spolu s predložením dokladov. Objednávateľ je povinný informovať dodávateľa o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie súčinnosti.
Záručná doba na celý systém je 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia objednávateľom, t. j. odo dňa podpisu Preberacieho protokolu a Inštalačného protokolu.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť bezplatné poskytnutie autorizovaného záručného servisu a bezplatnej údržby prístroja počas trvania záručnej doby.
Dodávateľ je povinný vykonávať autorizovaný záručný servis len odborne kvalifikovanými osobami.
Dodávateľ sa zaväzuje nastúpiť na servis je do 48 hodín od nahlásenia poruchy v rámci záručného servisu.
Porušenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z plnenia predmetu tejto zmluvy, ako aj osobitných požiadaviek plnenia podľa tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných záväzkov zo strany dodávateľa.
Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou prístroja predložiť na pracovisko objednávateľa: a) Platné povolenie na dovoz, predaj a distribúciu, inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia - konkrétneho typu prístroja a výrobcu vydané ÚVZ SR.b) platný ŠUKL kód c) prospektový materiál ponúkaného prístroja s popisom technických vlastností prístroja pre posúdenie splnenia všetkých technických vlastností prístroja

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Obec: Námestovo
Ulica: ČK 62/30

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.08.2019 08:12:00 - 10.10.2019 08:12:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 90 000,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 108 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 01.08.2019 08:48:01

Objednávateľ:

Oravská poliklinika Námestovo

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

TYREX - Xray, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska